

ELITech France
13-15 rue Jean Jaurès
92800 Puteaux - France
Tél : +33 (0)4 83 36 10 82 Fax : +33 (0)4 83 36 10 81
elitechfrance@elitechgroup.com
www.elitechgroup.com



NOM DU DESTINATAIRE

Adresse
Complément d'adresse
Code postal Ville

Puteaux, le 30 octobre 2017

A l'attention du correspondant réactovigilance
Lettre de sécurité R1715268
MWSEL Bouillon Sélénite

Cher Client,

Notre traçabilité indique que vous avez reçu le(s) produit(s) suivant(s) :

MWSEL Bouillon Sélénite 2 mL

Lots concernés : 17A10 (exp. 01/02/2018)
17F02 (exp. 01/07/2018)
17F09 (exp. 01/07/2018)

Ces lots sont susceptibles de présenter un signe de contamination (identifiable par une coloration rouge du milieu) et des volumes non homogènes.

Risques : Le risque est estimé négligeable au regard de la présence de coloration et des recommandations indiquées dans la notice.

Actions à mettre en œuvre :

- Nous vous demandons de bien vouloir diffuser ce courrier auprès de tous les utilisateurs.
- Merci de bien vouloir nous contacter et détruire tous les tubes de ces lots en votre possession.
- Merci de bien vouloir nous retourner l'accusé de réception ci-joint, complété et signé par Fax au 04 83 36 10 81, par email : support@elitechgroup.com sous 8 jours (compléter également la partie destruction si il y a lieu).

L'ANSM a été informée de cette communication.

Notre support client reste à votre disposition pour tout complément d'information au 04 94 88 55 02.

Vous priant de nous excuser pour la gêne occasionnée, veuillez accepter, Cher Client, l'expression de nos sincères salutations.

Sylvie SAURINE
Directrice des Opérations

Accusé de réception Client de la lettre de sécurité N° R1715268

A retourner sous 8 jours

A partir du XX/XX/XX

N° Compte client :

Nom du laboratoire :

Adresse du laboratoire :

Code postal :

Ville :

Coordonnées contact :

J'atteste avoir reçu l'information référencée ci-dessus et avoir mis en œuvre toutes les actions demandées (cocher la ou les cases ci-dessous) :

Déclare avoir détruit les produits suivants :

Référence :	N° Lot :	Quantités dispositifs (tubes)
MWSEL	17A10	
MWSEL	17F02	
MWSEL	17F09	

Déclare ne plus avoir aucun kit cité disponible dans mon laboratoire.

Date :

Signature et cachet du laboratoire :