



Sainte Foy les Lyon, le 6 novembre 2017

Objet : information utilisateur sur produit **Lina Gold Loop™**

Madame, Monsieur,

A la suite de réclamations concernant des problèmes de fonctionnalité sur le dispositif **Lina Gold Loop™** liés à l'auto-activation, le fabricant LINA a décidé de rappeler les références et les numéros de lot mentionnés dans l'annexe ci-après.

Nous vous remercions de bien vouloir vous adresser à notre service clients pour la récupération des dispositifs **Lina Loop Gold™** concernés :

Tel : 04 78 59 54 93
E-mail : vach@kebomed.fr

Pendant la phase de rupture, nous vous fournirons à parité tarifaire, les **Lina Bipolar Loop™**, référence BL-200-E. (brochure commerciale en pièce jointe)

A l'issue de cette période, l'approvisionnement des **Lina Gold Loop™** reviendra aux conditions tarifaires appliqués jusqu'à présent.

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations.

Nous vous remercions par avance et vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné par ce rappel.

Stéphane Jacquart,
Directeur France Kebomed

KEBOMED

4, rue du docteur Pravaz - F- 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon
Tel : 04.78.59.54.93 - Fax : 04.78.59.89.78
info@kebomed.fr - www.kebomed.fr
SASU au capital de 100 000 euros –R.C.S Lyon 807 436 944



ANNEXE : rappel de lots

Références et numéros de lot

Référence	Numéro de lot	Référence	Numéro de lot
EL-160-4	1646039	EL-160-4	1710038
EL- 200-4	1647045	EL-200-4	1712002
EL-240-4	1650042	EL-160-4	1710057
EL-200-4	1649037	EL-160-4	1713018
EL-160-4	1648080	EL-200-4	1714033
EL-200-4	1651056	EL-160-4	1718905
EL-160-4	1652015	EL-240-4	1718046
EL-160-4	1702068	EL-160-4	1721038
EL-200-4	1703026	EL-160-4	1734008
EL-200-4	1704904	EL-200-4	1738057
EL-240-4	1706007	EL-160-4	1741018
EL-160-4	1706061		

KEBOMED

4, rue du docteur Pravaz - F- 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Tel : 04.78.59.54.93 - Fax : 04.78.59.89.78

info@kebomed.fr - www.kebomed.fr

SASU au capital de 100 000 euros –R.C.S Lyon 807 436 944