

Tremblay en France, le 26/02/2018

INFORMATION PRODUITS

Cher Client,

Vous avez acheté des DIGUES NON LATEX R&S pour lesquelles nous attirons votre attention.

Nous avons constaté une erreur de conditionnement :

- A l'intérieur il y aurait des digues LATEX de couleur verte

REFERENCE CADENCE	DESIGNATION	LOT CONCERNE
3106865	DIGUES NON LATEX HEAVY BLEU R&S (20)	1087.17

Veillez prendre contact avec nous pour procéder au remplacement du produit si vous êtes concernés.

Nous vous informons que l'ANSM a été informée de la présente information sécurité.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance,

Nous vous prions d'agréer, Cher Client, nos plus sincères salutations.

Le service Qualité.

Tel 01 49 63 65 23 /01 45 91 31 82