

SCHILLER MEDICAL SAS
ZAE SUD
BP 90050
4, rue Louis Pasteur
F-67162 Wissembourg Cedex

Téléphone +33 (0) 3 88 63 36 00
Télécopie +33 (0) 3 88 94 12 82

Internet : <http://www.schiller-medical.com>
E.mail : info@schiller.fr

Wissembourg, le 13 mars 2007

N/réf :

Objet : rappel de 191 appareils FRED EASYPORT entre les numéros de série 900.01690 et 900.01957.

Madame, Monsieur,

Vous êtes en possession d'un ou plusieurs défibrillateurs SCHILLER FRED EASYPORT.

Nous avons constaté, grâce à nos nombreuses procédures de contrôles qu'un lot de composants spécifique d'un de nos fournisseurs ne remplit pas notre exigence qualité.

Conscients de notre responsabilité, et afin de remplir l'exigence qualité que vous attendiez lors de l'achat de notre appareil, nous avons décidé d'échanger ce composant, en accord avec l'AFSSAPS (organisme compétent français).

Cette modification sera effectuée par nos distributeurs qualifiés et le cas échéant sur nos sites de WISSEMBOURG (France) et de BAAR (Suisse) dans les plus brefs délais. La défaillance du composant entraîne l'impossibilité de défibriller, avec une indication d'une alarme technique. Par contre le risque que le défaut apparaisse est suffisamment faible pour que nous n'interdisions pas l'utilisation avant la modification. Toutefois, dans la mesure où votre organisation vous le permet, la solution alternative d'utiliser un défibrillateur non concerné par ce rappel est préférable.

A cet effet et afin de garantir le bon déroulement de cette intervention, nous allons très prochainement prendre contact avec vous. En cas de nécessité ou d'urgence, vous pourrez contacter les personnes ci-dessous.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée.

Court GOEHRY
SCHILLER MEDICAL SAS
4, rue Louis Pasteur
67162 Wissembourg Cedex
Tél. 03 88 63 3 6 17
Fax 03 88 54 36 32
E-mail : court.goehry@schiller.fr

M. Serkan SEZER
SCHILLER AG
Altgasse 68
6341 BAAR - Suisse
Tél. +(41) 417664252
Fax +(41) 417610880
E-mail : serkan.sezer@schiller.ch



THE ART OF DIAGNOSTICS