

⋮

# Télocopie -Fax

A l'attention des responsables de centres  
d'assistance médicale à la procréation

Télocopie :

Téléphone :

---

De : Laboratoires Eurobio

Date : 22/02/2006

---

Objet : **Biovigilance : Information importante** Pages : 1  
**sur le Milieu BM1**

---

Urgent

Pour avis

Commentaires

Réponse

Confidentiel

---

Ref : 06AQ020

Madame, Monsieur,

Vous avez reçu avant le 15 février 2006 au moins un coffret de milieu BM1 :

**Ref : FIVBM100-AJ Lot n° K2348**

**Lot n° K2538**

**Lot n° K2589**

Nous vous informons qu'une erreur d'étiquetage a été constatée sur une partie de ces coffrets. Le n° de lot et la date de péremption apparaissant sur l'étiquette du coffret peuvent être différents de ceux apparaissant sur les ampoules contenues dans le coffret.

En accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons d'utiliser uniquement le numéro de lot et la date de péremption imprimés sur les ampoules afin d'assurer l'identification et la traçabilité de ces produits.

Cette erreur d'étiquetage ne remet pas en cause l'innocuité et l'efficacité des lots concernés. Nous joignons à ce courrier une copie des certificats de conformité de ces trois lots.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sincères salutations.

Régis Calmels  
Responsable Assurance Qualité  
Et Affaires Réglementaires

Morgane Cottin  
Chef Produit  
Gamme PTA

**LABORATOIRES EUROBIO, 7 AVENUE DE SCANDINAVIE, 91953-LES ULIS CEDEX B**

**TEL : 01 69 07 94 77, FAX : 01 69 07 95 34**

***<http://www.eurobio.fr>***