

**A l'Attention des Directeurs des Etablissements de Santé, des Responsables  
de Laboratoire et des Correspondants locaux de réactovigilance**

**Cellules Humaines Diploïdes MRC5 – réf 84 002  
Lots 790699601 – 790699701 – 790699801 – 790699901  
Péremption : 24 décembre 2004**

Marcy L'Etoile, le 13 janvier 2005

Madame, Monsieur

Suite à des réclamations d'utilisateurs, nous avons mis en évidence que les cellules MRC5 des lots 790699601 et 790699701 pouvaient présenter de façon hétérogène une morphologie atypique, aspect arrondi des cellules à la différence de l'aspect filiforme caractéristique des cellules MRC5.

En accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, nous vous demandons **de ne plus utiliser les cellules mises en culture à partir des flacons des lots 790699601, 790699701 ainsi que celles des lots 790699801 et 790699901 fabriqués le même jour à partir de la même ampoule.**

Des investigations sont actuellement en cours dans nos laboratoires afin d'identifier la cause de cet incident.

Les premières conclusions évoquent plutôt une contamination virale, qui pourrait avoir un impact sur la fiabilité des tests réalisés lors de l'utilisation de ces lots de cellules.

Nous mettons tout en œuvre pour identifier au plus vite l'agent responsable. Nous vous informerons dès connaissance des résultats.

Dans l'attente, pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter notre service client au N° de tel 0 820 22 3000.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous portez et vous prions d'agréer Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Le Service Clients

Signature