

«CH»
Attn : «CIV» «NOM»
«TITRE»
«ADRESSE»
«CP» «VILLE»

PH/MC/2004-72

6 février 2004

Objet : Recommandation d'utilisation des options HEMOCONTROL et DIACONTROL sur générateur INTEGRA

«CIV2»,

Nous vous avons envoyé ce vendredi 6 février un courrier d'information concernant une recommandation d'utilisation des options HEMOCONTROL et DIACONTROL sur générateur INTEGRA.

Nous vous remercions de bien vouloir vérifier la configuration de votre générateur conformément à la recommandation et de nous renvoyer l'Accusé de Réception ci-joint, dans les plus brefs délais, par fax (04 37 28 11 44).

Nous vous remercions par avance de cette action.


Nous restons à votre écoute pour toute demande de renseignement complémentaire et,

Nous vous adressons, «CIV2», nos meilleures salutations.

Philippe HERBRETEAU
Responsable Assurance Qualité
Equipement et Hémofiltres

A RENVOYER A :

HOSPAL S.A.S
61 avenue Tony Garnier
69357 LYON Cédex 07

 **Fax : 04 37 28 11 44**

A l'attention du service ASSURANCE QUALITE

Objet : Accusé de Réception du courrier HOSPAL daté du 06/02/04 concernant la recommandation d'utilisation des options HEMOCONTROL & DIACONTROL sur générateur INTEGRA

Je soussigné

Centre :

confirme avoir vérifié la configuration du (des) générateur(s) en notre possession et, si nécessaire, avoir réalisé la modification demandée conformément à la recommandation.

Fait à :

le :

Signature/tampon du Centre :