

Rungis, le lundi 16 juillet 2007

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Objet : Mise à jour de votre laveur désinfecteur d'endoscopes OLYMPUS, ETD3 PLUS APA

Madame, Monsieur,

Par la présente nous souhaitons vous communiquer une information concernant le laveur désinfecteur d'endoscopes ETD3 Plus APA.

En février 2006, une action corrective avait été mise en œuvre afin d'améliorer la qualité microbiologique de l'eau de rinçage final. La température en fin de cycle avait été relevée à 59°C. Ceci a eu pour conséquence de rallonger la durée des cycles de traitement des endoscopes.

L'analyse du problème a permis de mettre en évidence une partie du circuit hydraulique qui pouvait être une niche de contamination.

Nous avons donc décidé de changer cette partie de la machine et d'optimiser le cycle d'auto-désinfection.

Grâce à ces améliorations, le chauffage de l'eau de rinçage final n'est plus nécessaire. L'ensemble du cycle s'effectue à 35°C et le temps de cycle est raccourci.

Par ailleurs, une nouvelle version du logiciel de pilotage de la machine permet un contrôle du flux à l'intérieur des canaux plus précis. Si le débit dans un canal est trop fort ou trop faible la machine indique le canal en cause. Il est alors plus facile de prendre les mesures correctives qui s'imposent.

Un technicien Olympus prendra contact avec vous dans les trois prochains mois afin de fixer un rendez-vous pour mettre à jour votre ETD3 Plus APA dans un délai maximum de quatre mois. Une journée de travail par machine sera nécessaire pour cette opération.

Pour toute question concernant cette mise à jour vous pouvez nous contacter au 0810 142 142.

L'Afssaps a été informée de cette action corrective.

En attendant, nous restons à votre disposition et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos salutations distinguées.

David NOUJAIM
Chef de Produit Nettoyage & Désinfection

OLYMPUS France S.A.S

Parc d'affaires Silic -74, rue d'Arcueil – BP 90165 – 94533 Rungis Cedex
Tél. : 01 45 60 23 00 – Fax : 01 46 86 76 14

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 914 400 Euros – 582 026 324 RCS CRETEIL – SIRET 582 026 324 00175 - NAF 514 S