



DIFFUSION GÉNÉRALE



DIFFUSION RESTREINTE

**M  
A  
T  
E  
R  
I  
O  
V  
I  
G  
I  
L  
A  
N  
C  
E**

**A l'attention des directeurs des établissements de santé et des correspondants de matériovigilance pour les services d'oto-rhino-laryngologie, de pédiatrie, d'urgence, d'infectiologie et de médecine interne**

## **INFORMATIONS / RECOMMANDATIONS**

### **OBJET : cas de méningites rapportés sur des patients porteurs d'implants cochléaires**

Des cas de méningites concernant des patients porteurs d'implant cochléaire de différentes marques ont été recensés sur une période récente au niveau international. Trois cas de méningite ont eu lieu sur le territoire français. L'hypothèse d'une relation entre ces méningites et la pose d'implants cochléaires est envisagée.

L'Afssaps a recommandé aux chirurgiens ayant réalisé une implantation cochléaire d'informer leurs patients ou la famille de leurs patients du risque de méningite, bien que cette complication infectieuse reste exceptionnelle. Il leur a également été demandé de s'organiser afin de proposer aux candidats à l'implantation et aux patients implantés les vaccinations contre pneumocoques et pour l'enfant contre pneumocoque et hémophilus.

Nous vous informons qu'il a été recommandé à ces patients de consulter très rapidement un médecin ORL en cas d'otalgie, de maux de tête ou de fièvre inexplicée afin de vérifier la présence d'une otite moyenne aiguë qui nécessitera un traitement antibiotique. Nous vous demandons dans ce cas de prendre contact, le plus rapidement possible, avec le centre implantateur.

Tout cas de complication infectieuse survenu sur des patients porteurs d'implants cochléaires devra être déclaré à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé - unité de matériovigilance - Fax : 01.55.87.37.02.

#### **Renseignements complémentaires :**

Des informations complémentaires seront disponibles prochainement sur le site internet de l'Afssaps. Pour tout renseignement, contacter le 01.55.87.40.24 ou le 01.55.87.37.10 - Fax : 01.55.87.37.02.