

Marseille, le 05 Juillet 2005

A L'attention du Service :
BIOMEDICAL
ENDOSCOPIE & BLOC OPERATOIRE
HYGIENE

Objet : Information aux utilisateurs du Soluscope 3

Ref : MAT06012005 (RELANCE)

Madame, Monsieur,

En accord avec l'AFSSAPS, nous nous permettons de vous faire ce courrier de relance suite à notre première lettre d'information ref. MAT 06012005 du 1^{er} Février 2005.

A ce jour, cette dernière est restée sans réponse de votre part.

Or, nous vous rappelons que votre réponse est importante car elle nous permettra de mener à bien les actions correctives pour éviter tout problème éventuel dans le traitement de vos endoscopes avec le Soluscope 3.

Nous vous remercions de bien vouloir accuser réception de ce courrier en indiquant les numéros de série des Soluscope 3 que vous utilisez, le nombre de connectiques WO-AW140 que vous détenez, vos coordonnées, et en faxant ce document au 04 91 83 02 99.

Ces données nous permettront de vous faire parvenir un kit de modification de cette connectique.

Restant à votre écoute.

L'équipe Q.C.M.

REPONSE Ref : MAT06012005 (Relance en accord avec l'Afssaps)

Questionnaire à retourner par fax au 04 91 83 02 99

Etablissement :
.....
.....

Nombre de Soluscope 3 utilisé (s) :

N° de série de ces Soluscope :

Nombre de connectique WO-AW140 à modifier :.....

Je soussigné M., en qualité de,
certifie avoir pris connaissance de la présente information et vous demande de bien vouloir
me faire parvenir un kit pour mise à jour.

Fait à le.....

Signature