

HemoCue France

12 rue Louis Fournier
77 100 MEAUX

Tél. : 01 60 44 05 05

Fax : 01 60 44 05 10

E-mail: hemocue@hemocue.fr

Information Importante – Mise en quarantaine du Système HemoCue Glucose 201 RT.

Madame, Monsieur,

Nous faisons suite à des signalements de cas de résultats de glycémie faussement élevés, lors de tests réalisés auprès d'un Organisme de Certification basé en Suède (Equalis).

Suite aux informations reçues, HemoCue AB (fabricant basé en Suède) souhaite réaliser des investigations supplémentaires afin de déterminer la cause exacte de ces cas de glycémie faussement élevés.

Dans un souci constant de protection des patients, HemoCue vous demande en accord avec l'AFSSAPS de :

- Mettre en quarantaine vos systèmes HemoCue Glucose 201RT : analyseur (réf. HE 120737) et le consommable associé (réf. HE 110714). Des étiquettes avec la mention « Quarantaine- Ne pas utiliser » vont vous être expédiées.

Un autre système de la gamme HemoCue (HemoCue Glucose 201+) vous sera proposé pendant la durée de l'identification exacte du problème et la mise en place d'actions correctives.

Notre service qualité se tient à votre disposition pour des informations complémentaires au 0684774039.

Dès que le problème sera solutionné, vous serez à nouveau contactés par le commercial de votre secteur.

Certains de la confiance que vous continuerez d'accorder à la qualité de nos produits HemoCue, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de notre profonde considération.

Fait à Meaux, le 30 Juillet 2007

Florence Beauvallet
Chef Produit HemoCue France