

A l'attention du :

Directeur d'établissement
Correspondant local de matériovigilance
Responsable Pharmacie

AVIS DE SECURITE - RETRAIT IMMEDIAT

RAPPEL DE PRODUIT : Pinces Adson et Pinces à disséquer

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par la présente, que, conjointement avec l'ANSM, Les Laboratoires Euromedis ont décidé de rappeler préventivement certains lots de pincés Adson et de pincés à disséquer. En effet les dispositifs peuvent présenter des tâches de rouille.

Si vous recevez ce courrier c'est que vous êtes concerné par ce rappel de produit car nous vous avons livré ces produits.

Procédure à suivre et à transmettre :

- **Pour toute personne concernée au sein de votre établissement**
- **Si vous êtes distributeur, merci de contacter vos clients concernés**

- Mise en quarantaine des lots incriminés :

Référence	Lot	Désignation commerciale
174440	JS170238	pince microadson sans griffe
174441	JS170238	pince microadson avec griffe
174657	JS170214	Pince à disséquer sans griffe 12.5
174658	JS170214 JS170262	pince adson a.griffe 12cm
174659	JS170214 JS170262	pince adson sans griffe 12.cm

- Retour par fax ou courriel du formulaire à l'adresse mail : celine.grandmaitre@euromedis.fr joint en Annexe dûment complété

Nous vous remercions de nous retourner ce formulaire **AVANT LE 26 AVRIL 2019**, même si vous ne disposez d'aucun stock.

- **Retour des dispositifs à l'adresse suivante :**

**Service Qualité
12, rue Pierre Bray,
ZA de la Tuilerie
60290 Neuilly sous Clermont**

Le respect des étapes de cette procédure permettra de préserver un niveau de sécurité maximum pour les patients. Pour toute question complémentaire, nous vous invitons à contacter Céline GRANDMAITRE Service Qualité au 03 44 73 83 60 ou par fax au 03 44 73 57 32 ou email : celine.grandmaitre@euromedis.fr

Nous vous prions, d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Pièce jointe :

Annexe : Formulaire accusé réception et formulaire à retourner