

Ref. : FSN-2020-1

Etainhus, le 24 février 2020

INFORMATION IMPORTANTE DE SECURITE RELATIVE A NOS DISPOSITIFS DE PERFUSION PER1FX25 LOT WT000120

A l'attention de la Pharmacie et du Correspondant Local de Matéiovigilance

Chère Cliente, cher Client,

Nous avons été victimes d'un vol de perfuseurs 1 voie de notre référence **PER1FX25** du lot **WT000120** en transit depuis le port de Rotterdam vers notre unité de stérilisation, située sur notre site principal d'Etainhus, à proximité du Havre.

Ces unités sont dans leur emballage définitif, donc marquées stériles, mais **ne le sont pas en réalité**, car n'ayant pas encore subi leur étape finale de stérilisation.

Deux cartons soit un total de 500 perfuseurs ont été **dérobés**, le **reste du lot** est cependant **conforme**. Aussi nous vous demandons de ne mettre à la disposition des utilisateurs que les perfuseurs provenant des cartons de ce lot vous ayant été livrés par Didactic, et portant la mention "Lot conforme FSN-2020-1" ainsi que l'indicateur de passage en stérilisation (pastille verte).

Très concrètement, les cartons ayant un étiquetage de ce type sont conformes et utilisables :

LOT CONFORME
FSN-2020-1

Nous insistons également sur le fait que **seul** le lot **WT000120** de perfuseurs 1 voie **PER1FX25** est **concerné**. **Aucune autre référence, ni aucun autre lot de cette référence ne sont concernés** par la présente Fiche d'Information de Sécurité.

En cas de doute, nous vous invitons à nous contacter directement au 02 35 44 93 93 ou par email à l'adresse fsn-2020-1@didactic.fr. De la même manière, nous vous invitons à nous signaler tout colis de perfuseurs qui vous paraîtrait suspect (vente par un circuit non standard, vente au sachet voire à l'unité de perfuseur,...) ou tout carton de ce lot qui n'aurait pas l'étiquetage mentionné plus haut.

Nous restons quoi qu'il advienne à votre entière disposition pour tout complément d'information et vous prions de croire, madame, monsieur, en l'expression de nos plus sincères salutations.

Nicolas DOUVIZY

Directeur Qualité & Affaires Réglementaires
Correspondant Local de Matéiovigilance

Pascal JEAN

Pharmacien – Directeur Technique & Scientifique
Correspondant Local de Matéiovigilance
Suppléant