

Très cher client,

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu des flacons de l'anticorps anti-C4d, n° de cat. BI-RC4D du lot nr. RCD191 ou RCD191C.

Si vous êtes l'utilisateur final de ce produit, veuillez prendre connaissance des informations suivantes. Si vous n'êtes pas l'utilisateur final, veuillez envoyer une copie de cette lettre ainsi que le formulaire ci-joint à l'utilisateur final.

Nous souhaitons vous informer qu'un lot identifié de l'anticorps anti-C4d spécifique (# lot RCD191/RCD191C) ne fonctionne pas correctement et que Biomedica émet donc un rappel du lot en question. Ce numéro de lot spécifique anti-C4d # RCD191/RCD191C a été publié en mars 2019. Vous pouvez faire confiance à vos résultats précédents si le contrôle positif a entraîné une coloration positive.

Si vous avez des réactifs inutilisés en stock, veuillez nous informer du nombre de flacons inutilisés dans votre inventaire par le formulaire ci-joint afin que nous vous envoyions un remplacement. Les flacons non utilisés doivent être détruits sur place.

Veillez nous excuser sincèrement pour les inconvénients que cela pourrait vous avoir causés.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client de Biomedica Medizinprodukte au T + 43-1-29107-45, F + 43-1-29107-6389, ou par e-mail à : info@bmgrp.com.

Cordialement,

Gabriela Berg
Affaires scientifiques

Certification de destruction de produits

Rappel de produit: anticorps anti-C4d (n ° cat. BI-RC4D)

Dossier de rappel #: RC-BI-RC4D-191217

Lots d'anticorps affectés: # RCD191/RCD191C

Vous avez reçu des flacons d'anticorps anti-C4d du lot ci-dessus.

Pour nos dossiers, veuillez compléter, signer et faxer ou envoyer ce document comme preuve de conformité à:

Services à la clientèle – Immunoassays Biomedica

Biomedica Medizinprodukte GmbH

Fax: + 43-1-29107-6389 ou e-mail à info@bmgrp.com

Anti-C4d Antibody Lot#	# Flacons utilisés	# Flacons en stock
Lot# RCD191/RCD191C		

Institution: _____

Nom: _____

Titre: _____

Signature: _____

Date: _____