

Dardilly, le 2009

- A l'attention :
- des responsables de laboratoire
  - des directeurs de l'établissement de santé
  - des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Retrait TV5010D CŒUR-CERVELLE (bouillon en tubes) lots 813492- 815676- 817721- 836682**

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a montré une baisse des propriétés nutritives lors du stockage. Lors de contrôles de vérification il est apparu que la croissance des souches de *Streptococcus pneumoniae* et *Streptococcus adjacens* n'était plus satisfaisante.

En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser et de détruire les coffrets des lots 813492- 815676- 817721- 836682 de la référence TV5010D Cœur-cervelle (bouillon en tubes)**
- **de nous retourner le certificat de destruction ci-joint par fax au 04 78 66 03 76. Dès réception du fax , nous vous enverrons un produit équivalent en remplacement**
- **Nous vous recommandons de contacter le prescripteur en vue de revoir, au cas par cas, les résultats rendus à la lumière des données clinico- biologiques se trouvant en sa possession et de prendre les mesures qui s'imposent le cas échéant.**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73 (laboratoires d'analyses médicales) ou 04 72 52 33 72 (laboratoires agro- alimentaires et industriels, laboratoires vétérinaires).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET  
Chef de produits

**CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de produit) au 04 78 66 03 76**

**OXOID SA**

**6 route de Paisy**

**69571 DARDILLY CEDEX**

**Fax : 04 78 66 03 76**

Je soussigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir détruit ..... coffrets de milieu Cœur-cervelle TV5010D lots 813492- 815676-  
817721- 836682 en ma possession.

Date :

Tampon et signature du responsable :