

Philips Healthcare
33, rue de Verdun
92156 Suresnes Cedex

A l'attention du Directeur d'Etablissement

Suresnes, le 2009

Recommandé avec accusé réception

Objet : Notification de sécurité produit – Table de radiologie avec générateur SCP

Dossier suivi par : Jean-François Gambié – Tél : 01.55.49.43.76

N/Réf : PS/JFG/09/0288

Madame, Monsieur,

Philips Healthcare souhaite vous informer que nous avons identifié un dysfonctionnement potentiel de votre système de radiologie télécommandé équipé d'un générateur haute-tension (HT) de type SCP.

Vous trouverez les informations relatives à ce dysfonctionnement dans la notification de sécurité jointe à ce courrier. Nous vous demandons de bien vouloir la diffuser à toutes les personnes concernées par les informations qu'elle contient.

Restant à votre disposition pour toute précision que vous jugeriez nécessaire, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre meilleure considération.

Philippe SOLY
Directeur Qualité
Correspondant Matéiovigilance

PJ : Notification de sécurité produit – FSN 70800096