

## Alerte sanitaire relative à un médicament

### Lettres aux professionnels de santé

#### Message destiné aux professionnels de santé, pharmaciens, distributeurs et grossistes répartiteurs

Dénomination du produit	Dosage	Lots concernés	Numéro d'inscription au registre communautaire
Firazyr <sup>®</sup> , acétate d'icatibant. Solution injectable	10 mg/ml	F10091AB01	EU/1/08/461/001

Madame, Monsieur, Cher Confrère,

Ce message d'alerte, émis par les laboratoires Jerini AG, s'adresse aux professionnels de santé utilisateurs du produit Firazyr (acétate d'icatibant) solution injectable, afin de les renseigner sur un problème mineur touchant certains lots du produit.

Il a été découvert que la date de péremption des aiguilles (à savoir, janvier 2011) disponibles dans le kit d'administration de(s) lot(s) de Firazyr mentionné(s) ci-dessus est antérieure à la date de péremption de la solution injectable (médicament lui-même) disponible dans la seringue pré-remplie.

De nouveaux kits Firazyr contenant une aiguille dont la date de péremption est postérieure à celle du médicament sont désormais disponibles. Si vous détenez des kits dont les numéros de lot correspondent à ceux mentionnés ci-dessus, merci de noter que ceux-ci pourront être utilisés au maximum jusqu'au 31 janvier 2011.

Le produit sera remplacé aux clients qui voudront le rendre ; il s'agira d'un échange de produit arrivant à expiration de l'aiguille au 31 janvier 2011.

Merci de bien vouloir transmettre une copie de cette lettre aux personnes concernées, y compris à vos confrères et patients.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et nous vous invitons, si vous avez la moindre question, à contacter les laboratoires Shire au numéro de téléphone suivant :

Téléphone n°: +33 1 4610 9000

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher Confrère, à l'assurance de notre considération distinguée.

Dr Irmgard Andresen  
Directeur médical, HAE, EMEA

Dr Birgitt Gellert  
VP Pharmacovigilance  
EUQPPV

**Vorstand**  
Daniel Hartley  
(Vorsitzender)

Kerstin Danowski

**Vorsitzender des Aufsichtsrates**  
Dr. Werner Föllner

**Sitz:** Berlin  
**Registergericht**  
Amtsgericht Charlottenburg  
**Handelsregisternummer**  
HRB 79648 B

Ust.-Id.-Nr. DE 813235208  
Steuernr. 37/262/20528

**Bankverbindung**  
The Royal Bank of Scotland N.V. NL  
Deutschland  
Konto 14 355 21 005  
BLZ 502 304 00

IBAN DE78 5023 0400 1435 5210 05  
BIC ABNADEFF FRA

Jerini AG est une filiale à 100 % de  
Shire plc