



**DIRECTION DE L'EVALUATION
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX**

Département des vigilances
DVI-DOC9

A l'attention des directeurs d'établissement de santé et des correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés.

Matériovigilance :
Information de sécurité et recommandation d'utilisation
concernant les valves patients réutilisables utilisées sur les
ventilateurs de transport Oxylog 2000 de la société Dräger

Cette information fait suite à plusieurs incidents de matériovigilance dont certains ont eu un impact clinique particulièrement grave.

L'Afssaps vous demande de porter une attention particulière aux recommandations décrites dans le courrier ci-joint de la société Dräger et d'utiliser les circuits patients à usage unique pour les services qui ne peuvent strictement garantir l'exécution de tous les points de contrôle avant utilisation.