

A l'attention de

Ennevelin,
Le 03 février 11

Objet : Avis relatif à la sécurité concernant le Système 2450 Conmed

Monsieur,

Suite à un problème de qualité (dysfonctionnement possible d'un composant électronique), le fabricant de générateurs électrochirurgicaux Conmed nous a fait parvenir le courrier en annexe.

Vous trouverez également une description du risque dans la lettre émanant de l'AFSSAPS.

Afin de résoudre ce problème, et ce en accord avec la société Conmed, notre service technique prendra prochainement contact avec vous pour convenir des modalités de retour des équipements identifiés sur base des numéros de série:

Nom	Code	Date d'achat	s/n
Générateur électrochirurgical	2450		

Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration et restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

T.GIGANTE
Directeur Commercial