



Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

**DIRECTION DE L'EVALUATION
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX**
Département des vigilances
DVI-DOC9

Saint-Denis, le 18/03/2011

Référence du document : DM-RECO 11/03

A l'attention des directeurs
d'établissements et des correspondants
locaux de matériovigilance,
pour diffusion aux services concernés

M
A
T
E
R
I
O
V
I
G
I
L
A
N
C
E

INFORMATION DE SECURITE

concernant les bains-marie utilisés pour la décongélation des plasmas frais congelés

L'Afssaps a été informée de la survenue d'un décès au décours de l'utilisation d'un bain-marie pour décongélation de plasma frais congelé.

Vous trouverez ci-joint, pour information, le document de recommandations qui a été diffusé ce jour aux acteurs du réseau d'hémovigilance.

Pour toute question relative à cette information, vous pouvez contacter le département des vigilances de l'Afssaps par téléphone au 01.55.87.37.78 ou par mail à l'adresse suivante : dedim.ugsv@afssaps.sante.fr.