

Nom Eric Nobile  
Département Marketing  
  
Entité Healthcare Diagnostics  
Téléphone +33 1 49 22 93 59  
Fax +33 1 49 22 99 87  
Réf. FSCA CHC 11-04  
Date Avril 2011

---

Siemens Healthcare Diagnostics S.A.S.,  
9 boulevard Finot,  
93527 Saint Denis Cedex 2  
[www.siemens.fr/diagnostics](http://www.siemens.fr/diagnostics)

---

**A l'attention du Responsable de Laboratoire,  
des Directeurs des Établissements de Santé et  
des Correspondants locaux de Réactovigilance**

**INFORMATION / RECOMMANDATION  
FSCA CHC 11-04**

**Réactif Capacité Totale de Fixation du Fer (TIBC), Réf. 3940010  
Systèmes de chimie clinique ADVIA®**

**Changement de date de péremption du Lot V43197**

Cher Client,

Notre traçabilité indique que vous êtes utilisateur du réactif Capacité Totale de Fixation du Fer (TIBC), réf. 3940010, et que vous avez reçu le lot V43197 .

Siemens Healthcare Diagnostics a confirmé que la date de péremption de janvier 2012 (2012-01) figurant sur l'étiquette du coffret de réactif **Capacité Totale de Fixation du Fer (TIBC) Lot V43197** est erronée. La date de péremption correcte est Juillet 2011.

Par conséquent, nous vous demandons de ne **plus utiliser le réactif TIBC Lot V43197 après juillet 2011, même si le code barre indique que le réactif n'est pas encore périmé.**

Le dépassement de la date de péremption du réactif étant facilement détecté par un échec de calibration ou un résultat de contrôle de qualité en dehors des fourchettes, il n'est pas nécessaire de contrôler les résultats antérieurs ou de redoser les échantillons.

L'AFSSAPS a été informée de cette communication.

Nous vous remercions de transmettre cette information à toutes les personnes concernées de votre laboratoire.

Dans le cadre de notre système d'Assurance Qualité, nous vous demandons de nous retourner impérativement l'accusé de réception ci-joint, complété et signé, par fax au 01 49 22 32 62.

.../...

Notre Service Assistance Téléphonique Technique et Scientifique est à votre disposition au 0810 700 712 pour toute information complémentaire.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par cette situation et vous remercions de votre compréhension.

Veillez agréer, Cher Client, l'expression de nos salutations distinguées.

Eric NOBILE  
Chef de Produits Chimie Clinique

Florence JOLY  
Directeur RAQS-EHS  
Affaires Réglementaires, Système Qualité &  
Environnement - Santé - Sécurité

## Accusé de réception Client

Nom du Responsable :

N° incr. automatique :

Laboratoire :

Code Client :

Etablissement :

Ville :

**INFORMATION / RECOMMANDATION**  
**du courrier référence FSCA CHC 11-04 du avril 2011**  
**Réactif Capacité Totale de Fixation du Fer (TIBC), Réf. 3940010**  
**Systemes de chimie clinique ADVIA®**  
**Changement de date de péremption du Lot V43197**

Nom du signataire : .....

Qualité : .....

J'ai bien pris note de l'information / recommandation ci-dessus référencée

Date

Signature

Cachet de l'établissement

**Coupon complété à retourner impérativement par fax au 01 49 22 32 62**  
**Service Affaires Réglementaires/ Qualité**  
**Siemens Healthcare Diagnostics**