

Mauguio, le 18 juillet 2011

Objet : Rappel et échange

Madame, Monsieur,

DEDIENNE SANTE a décidé, par mesure de précaution, de procéder au rappel volontaire de cupules mobiles dont les références et les numéros de lots correspondants figurent ci-dessous :

| <i>Référence</i> | <i>Numéro de lot</i> |
|-------------------------------|----------------------|
| Cupule mobile 94428-47 | 025797003 B |
| Cupule mobile 94428-49 | 025797004 B |

Cette décision de rappel fait suite à la mise en évidence d'une erreur d'étiquetage sur une des tailles de cupules ci-dessus.

D'après nos informations de traçabilité, vous disposez des dispositifs suivants :
Nous vous remercions de nous le(s) retourner dans les meilleurs délais et vous trouverez ci-joint, en remplacement le(s) cupules

Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous prions d'accepter nos excuses pour ce désagrément.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères et respectueuses salutations.

P. RONDOT
Président