

**Philips Healthcare**  
33, rue de Verdun  
92156 Suresnes Cedex

**A l'attention du Directeur de l'Etablissement**

Suresnes, le 24 Août 2011

**Recommandé avec accusé réception**

**Objet : Notification de sécurité produit – Systèmes IRM Ingenia 1.5T et Ingenia 3.0T (version logicielle 4.1.1).**

**Dossier suivi par :** Latifa Lakehal– (Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole)

**N/Réf :** PS/LL/ 11-0264-FSN 78100363 Ingenia

Madame, Monsieur,

Philips Healthcare souhaite vous informer d'un problème de sécurité sur les IRM Ingenia 1.5T et Ingenia 3.0T (version logicielle 4.1.1).

Vous trouverez le détail de ce dysfonctionnement dans la notification de sécurité jointe à ce courrier.

Nous vous prions de bien vouloir diffuser cette notification auprès de toutes les personnes concernées par les informations qu'elle contient et d'en joindre un exemplaire dans le manuel utilisateur de votre système.

Si vous avez des questions relatives à cette notification nous vous suggérons de contacter notre pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624.

Restant à votre disposition pour toute précision que vous jugeriez nécessaire, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre meilleure considération.

**Latifa Lakehal**  
Responsable Affaires Réglementaires  
Correspondant Matériovigilance Suppléant

PJ : Notification de sécurité produit – FSN 78100363

Une division de Philips France  
S.A.S au capital de 144 990 000 €  
402 805 527 R.C.S Nanterre  
33 rue de Verdun  
92150 Suresnes (Hauts de Seine)