

IMPORTANT

A l'attention du
Responsable de Laboratoire,
Directeur des Etablissements de Santé,
Correspondant de Réactovigilance

Craponne, le 31 janvier 2012
Réf. : NR/ec - 12 - 1235

INFORMATION IMPORTANTE
NucliSENS easyMAG® Silice magnétique
Référence : 280133- Lot Z013CC1MS

Madame, Monsieur,

Vous êtes utilisateur du réactif **NucliSENS easyMAG® Silice magnétique**, réf. 280133 et nous vous en remercions.

Nous tenons à vous informer qu'une anomalie est intervenue lors de l'impression des étiquettes sur le coffret de ce lot.

En effet, sur l'étiquette étui, la date de péremption indiquée est « août 2012 » contrairement à la date « mars 2013 » imprimée sur l'étiquette du tube de silice magnétique qui elle est correcte. Ce problème d'impression n'affecte en rien les résultats obtenus avec ce produit puisque la date exacte est « mars 2013 ». Les performances de la silice magnétique ne sont donc pas impactées.

En conséquence, nous vous proposons de faire le choix entre :

- L'Arrêt de l'utilisation du lot de silice magnétique lot Z013CC1MS et la destruction des coffrets encore en stock dans votre laboratoire de ce lot. Ces coffrets seront échangés après réception du certificat de destruction ci-joint complété, et retourné par FAX au 04 78 87 20 91.

Ou

- L'utilisation de ce produit jusqu'en mars 2013 en ayant connaissance de cette anomalie d'étiquetage.

Merci de bien vouloir diffuser cette information au personnel concerné de votre laboratoire, de conserver une copie dans vos fichiers et de communiquer ces informations à tous les utilisateurs de ce produit, incluant aussi les clients à qui vous l'auriez transféré.

.../...

BIOMERIEUX

L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé a été tenue informée de ce courrier.

bioMérieux s'engage à fournir des produits de qualité à ses clients.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des inconvénients que cette situation pourrait engendrer dans l'organisation de votre laboratoire. Notre Centre de Relation Client se tient à votre disposition pour tout complément d'information au :

☎ : 0 820 22 9090

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures.

Nathalie RENAUD
Support Applications
Centre de Relation Client

P. J. Certificat de destruction