

## **INFORMATION PRODUIT IMPORTANTE**

Cergy Pontoise, le 05 novembre 2012

### **Réactif d'Acide Urique par la méthode AOX référence 981788**

**A l'attention des Directeurs des établissements de santé, des  
correspondants locaux de réactovigilance, des directeurs de laboratoire**

Madame, Monsieur,

Faisant suite à un signalement,

Nous vous informons que la date d'expiration mentionnée pour le réactif d'acide urique AOX référence 981788 du lot H655 est erronée. L'ANSM a été avertie de cette information.

**La date mentionnée est 2014-07.**

**La date effective est 2013-07.**

**IMPORTANT : Ne pas utiliser ce lot au-delà de la date d'expiration effective et nous retourner les coffrets non utilisés au-delà de cette date. Nous procéderons, à réception, à un échange.**

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre service Application Laboratoire au 01.43.77.21.21.

La Direction Commerciale

Division Clinical Diagnostics



**Nota : Merci de bien vouloir nous retourner l'accusé de réception ci-joint**

## **Accusé de Réception**

**A faxer au 01 34 32 51 11**

Nous avons pris connaissance du document suivant :

- Information produit importante sur le réactif d'acide urique référence 981788 du lot H655 (datée du 5/11/2012)

Fait à

le

Nom du client

Nom / Signature