

Dardilly, le 2 Avril 2013

- A l'attention :
- des responsables de laboratoire
 - des directeurs de l'établissement de santé
 - des correspondants locaux de réactovigilance

URGENT : RETRAIT DE LOT

Objet : Retrait CT0003B ampicilline 10 (disques antibiotiques) lot 1215912

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a confirmé l'obtention potentielle de fausses résistances avec des disques appartenant au lot mentionné ci-dessus.

En conséquence, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser le lot 1215912 du CT0003B (disques Ampicilline)**
- **de détruire les disques restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.**
- **d'éventuellement en fonction des cas, reconsidérer les résultats rendus avec ce lot.**
- **De transférer cette information à tous les utilisateurs de ce lot.**

L'ANSM a été informée de cette communication.

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

N. GERAULT

Support Technique

CERTIFICAT DE DESTRUCTION : à nous retourner même si vous n'avez plus de tests
par fax au 04 78 66 03 76

OXOID SA
6 route de Paisy
69571 DARDILLY CEDEX

Je soussigné(e) :

- Déclare ne plus avoir de coffrets de ce lot de réactif
- Déclare avoir détruit coffrets de disques ampicilline CT0003B **lot 1215912**

Merci de cocher la case adéquate pour le remplacement :

- Je désire un remplacement immédiat
- Je désire un remplacement ultérieur joint à une prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :