

**DIRECTION DES DISPOSITIFS MEDICAUX
THERAPEUTIQUES ET DES COSMETIQUES**

Saint-Denis, le 19/07/2013

**A l'attention
des directeurs d'établissement de santé
et des correspondants locaux de matériovigilance,
pour diffusion aux services concernés,
en particulier : pharmacie et chirurgie orthopédique**

Erratum sur la liste des lots concernés par le retrait visé par la décision de police sanitaire du 11 juillet 2013 relative à certains dispositifs médicaux fabriqués par la société CERAVÉR – Les laboratoires Ostéal Médical.

L'ANSM vous a adressé un courrier afin de vous informer de la décision du directeur général de l'ANSM du 11 juillet portant suspension de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'exportation, de la distribution et de l'utilisation de certains dispositifs médicaux, ainsi que retrait de ces produits.

La liste de s lots du cotyle CERAFIT d e révision HA co mportait des e rreurs. Vous tro uverez ci-joint la liste en vigueur qui est portée sur la nouvelle décisi on du 19 j uillet qui annule et remplace celle du 11 juillet.

Le texte de cette dé cision est disponible sur le site de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Decisions-de-police-sanitaire>

Annexe
Liste des lots non-conformes à la réglementation des dispositifs médicaux
fabriqués par la société CERAVER

Cotyle CERAFIT de révision HA			
Numéros de référence du produit	Lot concernés par les non-conformités	Numéros de référence du produit	Lot concernés par les non-conformités
3891	031370/1189	3895	006181/1189
	059222/1189		027476/1189
	006179/1189		981250/1189
	036496/1189		013550/1189
	051246/2171		995096/1189
3892	059217/1189		013550/2189
	022830/1189		027477/1189
	047260/1189		013550/2360
	059223/1189		022825/2171
	051247/1189		027477/2171
	031368/1189		013550/1360
	051247/2171		3896
059218/1189	006536/1189		
006853/1189	971618/1189		
035720/1189	006182/1189		
036498/1189	971617/1189		
995628/1189	994404/1189		
051248/5350	006182/3171		
051248/2171	015383/2171		
006853/2171	994404/1360		
044433/1360	994404/2360		
3894	046694/1360	3897	034195/5350
	051249/1360	007229/2171	
	022821/2171		
	046696/2171		
	013549/2171		
	970905/2171		
	995095/2171		

Rondelle de blocage pour cotyle CERAFIT de révision	
1878	007321/1081
	007321/1201
	007321/2030
	007322/1197
	982356/1081
	993851/1081

Embase tibiale transitoire HERMES PS T0 et T1	
4988-T	Tous les lots
4989-T	
Treillis de titane	
9304	Tous les lots
9305	