

Client

Adresses

CP

A l'att.

Antony le 16 octobre 2013

N° FAX :

RAPPEL DE LOTS DE LA TROUSSE LIAISON CONTROL MUMPS IgG

Attention : Arrêtez immédiatement l'utilisation des lots cités ci-dessous et détruisez le stock restant

A l'attention des Responsables de Laboratoires, des Directeurs d'Etablissements de Santé/des Correspondants Locaux de Réactovigilance

Dispositif concerné Liaison Control Mumps IgG
Référence : 318841
Lots : 164008X, 164008X/1, 164008X/2, 164009X
Date de péremption 02/06/2014

Date identification de l'action terrain 16 octobre 2013

Type d'action Action corrective terrain. Rappel de lots

Description du problème Des investigations internes ont confirmé que les lots 164008X, 164008X/1, 164008X/2, 164009X de la trousse Liaison Control Mumps IgG peuvent conduire à un nombre augmenté de séries invalides

**Actions à réaliser
par l'utilisateur**

Nous vous demandons de :

- vérifier votre stock
- cesser d'utiliser les lots mentionnés ci-dessus s'ils sont encore en votre possession
- détruire les quantités restant en stock
- remplir le formulaire d'accusé de réception (Annexe A) et le renvoyer par fax à DiaSorin SA- Services Affaires Réglementaires (N° fax : 01 55 59 04 40)
- à réception de cet accusé de réception, nous vous remplacerons gratuitement les trousseaux détruits avec le nouveau lot déjà disponible.

**Transmission de
cette note**

Nous vous remercions de transmettre cette information à toute personne concernée au sein de votre organisation ou à tout établissement où les produits potentiellement touchés ont été distribués

L'ANSM a été informée de ce rappel.

En vous priant de nous excuser pour tous les inconvénients que cela pourrait vous occasionner et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, nos salutations distinguées.

Odile DELMAS
Directeur Affaires Réglementaires/Qualité

**ACCUSE DE RECEPTION
RAPPEL SANS RISQUE
A RENVOYER PAR FAX A DIASORIN S.A., SERVICE AFFAIRES REGLEMENTAIRES
N° FAX : 01 55 59 04 40**

PRODUIT : Liaison Control Mumps IgG référence 318841

LOTS : 164008X, 164008X/1, 164008X/2, 164009X

(A remplir en lettres majuscules))

HOPITAL/ LABORATOIRE _____

SERVICE _____

N° FAX _____

NOMBRE DE TROUSSES UTILISEES _____

NOMBRE DES TROUSSES DETRUITES _____

DATE :

NOM ET SIGNATURE

TITRE/FONCTION :

TAMPON :