



**AVIS DE SECURITE: Rappel du produit
JECTOS / AREXBONE**

L'Union, le 31 Octobre 2013,

Madame, Monsieur,

Nous sommes au regret de vous informer que nous devons rappeler les JECTOS / AREXBONE ayant le numéro de lot: 406/13.227, ref KA406C05A qui vous ont été envoyés.

Ce rappel est effectué en raison d'un doute sur la stérilité de ces produits.

Nous réalisons régulièrement des analyses et des contrôles sur nos produits. Après un essai de stérilité effectué sur 10 produits de ce numéro de lot, l'un d'entre eux a révélé une contamination par une bactérie Alcaligenes xylosoxidans. Donc, suivant notre procédure, nous devons faire le rappel.

Les produits doivent être retournés dès que possible pour être mis en quarantaine.

Pouvez-vous faire le nécessaire pour vous assurer que cette information est transmise à vos clients?

S'il vous plaît accepter nos excuses pour la gêne occasionnée. Les produits seront remplacés à partir du 15 Novembre.

Cordialement,

Nicolas GUENA
PRESIDENT

P/0 A. VERLU

SIEGE SOCIAL : 18 Chemin de la Violette – Bât A2 - 31240 L'UNION France

Tel : 33 (0)5 34 27 33 23 / Fax : 33 (0)5 34 27 33 27

E-mail : contact@kasios.com

SAS au capital de 121 800 € / RCS Toulouse: 439 705 344 / SIRET: 439 705 344 00026 / Code APE 7219Z / N° TVA FR 46439705344