

Laboratoires Lohmann & Rauscher S.A.S.  
Zone d'activité de Choisy  
88200 Remiremont  
Tel.: 03-29-62-36-06  
Fax : 03-29-62-36-07  
Email: fr.LRmed@fr.LRmed.com

**Communication urgente de sécurité sanitaire : Rappel de produit en raison d'un défaut de packaging**

**Produit : Genouillère Ligaction Velpeau® Taille 3, Référence : 82033, Lot compris entre 342140712 et 342140791.**

Madame, Monsieur,

Nous devons vous informer d'un rappel concernant le produit mentionné ci- dessus.

Lors du conditionnement du produit « Ligaction », Référence 82033, le conditionnement primaire du produit « Laxitéral » a été utilisé par erreur. Vous avez donc reçu un produit sur lequel il est mentionné sur la boîte « Laxitéral » avec la notice d'utilisation du produit « Laxitéral » mais qui contient le produit « Ligaction ».

Aussi nous procédons au rappel des produits concernés.

Après réception du formulaire ci- joint, un transporteur missionné par les Laboratoires Lohmann & Rauscher S.A.S. reprendra les produits incriminés à savoir **Genouillère Ligaction Velpeau ® Taille 3, REF 82033, Lot compris entre 342140712 et 342140791** accompagnés du formulaire ci- joint.

Les produits seront bien sûr échangés gratuitement.

Si vous avez livré ces produits à une tierce partie, nous vous demandons de lui transmettre une copie de cette communication.

L'ANSM a été informée de ce rappel de lots.

Nous vous remercions par avance, et nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères.

Laboratoires Lohmann & Rauscher S.A.S.

S. BOUZIDI  
Directeur Général  
Matéiovigilance

Délégué

P. Remy  
Correspondant local de

**Document joint :**

Communication urgente de sécurité sanitaire, rappel de produit dû à un défaut qualité d'un composant.

**Communication urgente de sécurité sanitaire**  
**Rappel de produit dû à un défaut qualité d'un composant :**  
**(par Fax to 03-29-26-25-78)**

**Expéditeur :** Laboratoires Lohmann & Rauscher S.A.S.  
Zone d'Activité de Choisy  
F-88200 Remiremont

**Destinataire :**

**Description:** Rappel du produit suivant dû à un défaut de packaging

**Genouillère Ligaction Velpeau® Taille 3, Référence 82033, LOT compris entre 342140712 et 342140791**

**Mesures:**

Nous vous demandons de ne plus utiliser le produit mentionné ci-dessus et de nous le retourner.

Afin d'assurer un retour à la charge des Laboratoires Lohmann & Rauscher S.A.S., veuillez contacter le Service Commercial, Tel. : 03-29-26-25-79, Fax. : 03-29-26-25-78 et nous retourner ce formulaire rempli.

L'établissement confirme (veuillez cocher la case correspondante) :

- qu'il ne possède plus le produit mentionné ci-dessus,  
 qu'il n'a pas livré le produit mentionné ci-dessus à une tierce partie,  
 que s'il a livré le produit mentionné ci-dessus à une tierce partie, il a informé la tierce partie du rappel,  
 qu'il retournera le produit mentionné ci-dessus qui lui a été livré et qui est toujours en sa possession ou en la possession de la tierce partie, à Laboratoires Lohmann & Rauscher S.A.S..

Mentionnez la quantité de produits retournés dans le tableau suivant :

Produit	LOT	Quantité de produits retournés
Genouillère Ligaction Velpeau®	Compris entre <b><u>342140712 et</u></b> <b><u>342140791</u></b>	

Date / Signature : : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Fonction : \_\_\_\_\_

Service/ Etablissement : \_\_\_\_\_

Téléphone et Email : \_\_\_\_\_

—