

Baxter S.A.S
Etablissement Pharmaceutique
6 avenue Louis Pasteur - B.P. 56
F 78311 Maurepas Cedex
France

Téléphone : 01.34.61.50.50
Télécopie : 01.34.61.50.25

Baxter

ADRESSE CLIENT

**IMPORTANT :
RAPPEL DE LOT**

A l'attention du Service Pharmacie

FAX :

Maurepas le 22 décembre 2004

**Objet : Rappel de deux lots de dispositif d'administration avec réservoir 100 ml
Sabraset code 560500-100.**

Lots : 416571T et 416984T

Titre,

Lors d'un contrôle interne de notre inventaire, nous avons identifié que les deux lots 416571T et 416984T avaient été libérés alors qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences de la Directive Européenne : étiquetage non conforme et absence de mode d'emploi en français. En conséquence, et malgré la conformité des produits en terme de qualité, nous avons décidé de procéder au rappel de ces deux lots.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le formulaire de réponse ci-joint et de le renvoyer par télécopie au numéro **01.34.61.51.36**. Ce formulaire dûment rempli permettra d'accuser réception de ce courrier et de confirmer que vous avez arrêté l'utilisation des tubulures d'administration Sabraset code 560500-100.

Dès réception de votre formulaire, votre spécialiste clientèle vous contactera pour coordonner avec votre service le retour de ces lots et la mise à disposition de produits de remplacement.

Si vous avez distribué ces lots à d'autres sites merci de bien vouloir leur faire suivre cette information.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 01 34 61 51.81.

Nous vous prions d'agréer, Titre, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Pierre HUE
Pharmacien Responsable France

Baxter S.A.S
Etablissement Pharmaceutique
6 avenue Louis Pasteur - B.P. 56
F 78311 Maurepas Cedex
France

Téléphone 01.34.61.50.50
Télécopie : 01.34.61.50.25

Baxter

FORMULAIRE DE RÉPONSE CLIENT

IMPORTANT : RAPPEL DE LOT du 22 décembre 2004
TUBULURES D'ADMINISTRATION AVEC RESERVOIR 100 ML SABRASET

Lots : 416571T et 416984T

(Veuillez remplir ce formulaire et le faxer au 01 34 61 51 36)

Veuillez remplir chacune des lignes pour accuser réception de ce rappel de lot et confirmer que l'utilisation de ces produits a été arrêtée.

Nom du client et de
l'établissement :

Adresse postale :

N° de téléphone :

N° de fax :

J'ai bien reçu le courrier sur les tubulures d'administration daté du..... 2004.
Je confirme que nous avons cessé l'utilisation des produits mentionnés ci-dessus et que nous avons vérifié avec les patients à domicile leurs stocks personnels.

Je vais retourner unités.

Il ne me reste plus de ces produits en stock.

Rempli par :

Nom _____ Date _____

Titre _____

Signature _____