

A l'attention des responsables de laboratoire, correspondants locaux de réactovigilance, directeurs de l'établissement de santé et laboratoires de microbiologie

OBJET

Antibiotique: Céfotaxime 30µg
Codes 061020 - 065020
Lot 131216A

Antibiotique: Fosfomycine 50µg
Codes 061043 - 065043
Lot 131211C

Madame, Monsieur,

Suite à un retour client, une discordance de numéros de lot entre le blister et la cartouche a été observée pour les deux références suivantes :

- présence de quelques cartouches de céfotaxime 30µg lot 130925C dans des emballages de céfotaxime 30µg lot 131216A ;
- présence de quelques cartouches de fosfomycine 50µg lot 130923B dans des emballages de fosfomycine 50µg lot 131211C.

Après analyse, nous avons identifié le problème et alerté l'ANSM. Seules quelques cartouches sont concernées et les actions correctives adéquates ont été mises en place. Il est important de souligner que ce rappel est sans risques sur les résultats patients.

Pour assurer la traçabilité, nous allons effectuer un remplacement produits pour les références citées ci-dessus.

Afin de pouvoir remplacer les produits concernés dans les plus brefs délais, veuillez nous adresser à l'adresse mail reactifs@i2a.info vos quantités restantes.

Conscients de la gêne occasionnée dans votre laboratoire, nous vous prions d'accepter toutes nos excuses.

Nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.

Le Service Qualité

Le Service Réactifs