

Montpellier, le 25 Mars 2014

A l'attention des Responsables de laboratoires,  
correspondants locaux de réactovigilance,  
directeur de l'établissement de Santé

**A l'attention des Responsables de laboratoire,  
Directeurs des établissements de santé et  
Correspondants de réactovigilance**

**IMPORTANT**

**Information de sécurité - Ticarcilline 75 µg (réf. 061097/065097) - Lot 131127A**

Montpellier, le 24 mars 2014

Madame, Monsieur,

Suite à un retour client, une discordance de dates de péremption entre le blister et la cartouche a été observée pour le lot mentionné ci-dessus.

Ainsi, la date de péremption inscrite sur le blister est «mai 2015» alors que celle mentionnée sur la cartouche est «mars 2015». La bonne date de péremption est celle inscrite sur les cartouches: **le lot 131127A de ticarcilline 75µg périmé donc en mars 2015.**

Après analyse, nous avons identifié le problème et les actions correctives adéquates ont été mises en place dès réception de la réclamation client. De plus, l'ANSM a été alertée.

Il est important de souligner que ceci est sans risques sur les résultats patients car l'anomalie observée n'a strictement aucun impact sur la qualité du produit.

Pour assurer la bonne utilisation du produit, nous vous demandons de porter une attention toute particulière au suivi du lot 131127A, notamment dans le cas où vous seriez susceptibles d'en encore utiliser ce lot en début d'année prochaine.

Une adresse mail ([reactifs@i2a.info](mailto:reactifs@i2a.info)) est à votre disposition pour toutes questions ou remarques.

Conscients de la gêne occasionnée dans votre laboratoire, nous vous prions d'accepter toutes nos excuses.

Nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.

Le Service Qualité  
Le Service Réactifs

