

ZEAKON Diagnostics
11 Rue Alfred de Vigny
25000 Besançon - FRANCE
Tel : + 33 9 54 74 40 10
Fax : + 33 3 81 53 47 92
Email : po.weichlein@zeakondiagnostics.com

Besançon, le 4 avril 2014

Madame, Monsieur,

Lors d'une révision récente de la notice version française de notre DMDIV dédié au diagnostic des mycoplasmes urogénitaux, MYCOVIEW / REF# 2040 / 20 tests, une erreur typographique s'est produite sur l'édition 2014-02.

Dans le paragraphe N°9 uniquement / Interprétation, le symbole \leq a été malencontreusement remplacé par le symbole \geq à 2 reprises, pour les deux espèces de mycoplasmes concernées.

Les lots incriminés ont été identifiés et ne sont plus disponibles à la commercialisation. Il s'agit des 2 numéros de lot suivants, qui ont été immédiatement bloqués à la vente :

LOT N° 20131109A / Expiration : 2015.05.20 / Notice Mycoview Ref#2040 Edition 2014-02


LOT N° 20131110A / Expiration : 2015.05.20 / Notice Mycoview Ref#2040 Edition 2014-02

Nous vous demandons de bien vouloir

- 1) confirmer la bonne réception de cette information en retournant ce document à notre Distributeur,
- 2) en informer sans délai tout utilisateur final,
- 3) retirer la notice erronée (édition 2014-02) et la remplacer par la notice édition 2014-04 qui vous est adressée par notre Distributeur.

L'ANSM a été informée de ce courrier.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné. Recevez nos sincères salutations.



Pierre Olivier WEICHLIN / Directeur Général

concerne : **MYCOVIEW / REFERENCE 500927**

DOCUMENT A RETOURNER PAR FAX à notre distributeur en France, Fumouze Diagnostics, **au 33 (0) 1 49 68 41 42**

J'ai bien pris connaissance de ce courrier. J'en ai informé sans délai tout utilisateur final.

La notice d'utilisation erronée a été remplacée par la notice corrigée (édition 2014-04)

Nom du Client Signature

Adresse Ville Code Postal

Nom du signataire et Fonction Date