

## Avis de sécurité urgent

### Risque de détachement de la tubulure des sets de perfusion Comfort™, Comfort™ Short, et Contact™ Detach à l'endroit du raccordement

XX décembre 2014

Cher Patient,

Par le présent courrier, nous tenons à vous informer d'un **Avis de sécurité urgent** concernant les sets de perfusion Comfort™, Comfort™ Short et Contact™ Detach fabriqués par Unomedical a/s, une entreprise ConvaTec. Ces produits sont vendus par Animas et de nombreux autres fabricants de pompes à insuline.

Pour en savoir plus et connaître la marche à suivre, veuillez-vous reporter à l'Avis de sécurité urgent émis par Unomedical a/s et à la liste des lots concernés.

Si vous rencontrez un problème avec vos sets de perfusion, veuillez nous contacter au **XXX-XXX-XXXX**.

Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons que nous nous engageons à vous apporter des produits et services de la plus haute qualité. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Cordialement,

**Nom du distributeur**

P. J.: Avis de sécurité urgent émis par Unomedical et liste des lots concernés.