


Bourg en Bresse, le 05/01/2015

Objet : Rappel AC29R

Suite à un retour d'information client, nous avons détecté un défaut lors de l'utilisation du pince nez AC29R.

Certains pince nez se cassent ou fendent lors de la première utilisation.



Nous tenons à vous rassurer que ce défaut arrive dès la première utilisation et que celui-ci est visible. Il n'a aucun impact sur la sécurité du patient cependant nous vous demandons de nous retourner les produits non utilisés pour les lots ci-dessous.

100940

Pour l'organisation du retour des produits merci de contacter :

Mme LADIR, Responsable Commerciale EXPORT
rachida.ladir@intairmedical.fr et intairmedical@gmail.com
tél. : 04 74 45 79 07
fax : 04 74 45 25 12

Nous restons à votre disposition pour plus d'informations complémentaires.

Bien cordialement,

Aurélié GUILLET
Assistante Responsable Qualité

