

Montbonnot, le 07 Janvier 2015

Objet : **Note d'information de sécurité**

Dispositifs concernés : **Implant SPYRIT**

Références : MPI-12 ; MPI-14 ; MPI-16 ; MPI-18 ; MPI-20 ; MPI-22

N/Réf. : FA-TOF-2014-021

Madame, Monsieur,

Nous vous informons de l'arrêt de commercialisation de l'implant Spyrit.

Les résultats cliniques disponibles sur cet implant n'ayant pas été jugés suffisamment satisfaisants en raison d'une douleur résiduelle trop fréquente, nous avons en effet statué sur son arrêt de commercialisation.

L'ANSM et les établissements concernés ont été informés de cette action.


Nos dossiers indiquent que vous avez reçu et/ou posé les produits indiqués en objet.

Nous vous recommandons d'être particulièrement attentif au suivi des patients disposant d'un implant Spyrit.

Pour toute information complémentaire, nous vous prions de bien vouloir contacter :

Sylvie SAINT-PREUX
Chef de produits international senior Extrémités
+33 (0)6 10 43 46 79
Sylvie.Saint-Preux@tornier.com

En vous remerciant de votre collaboration et de la confiance que vous portez à notre Société, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.



Kris Tucker

Directeur Affaires Réglementaires senior