

14 novembre 2014

AVIS DE SÉCURITÉ URGENT – RAPPEL DE PRODUIT

Seringue IV Luer Slip IVS60 de Medicina

À l'attention de : Tous les infirmiers, le personnel médical et le personnel technique qui utilisent ce produit ;

Motif de l'avis de rappel

La sécurité et la performance de ces dispositifs n'ont pas été correctement évaluées, le marquage CE du dispositif est donc invalide. Par conséquent, nous conseillons de retirer le produit du marché.

Détail du dispositif

Seringue IV Luer Slip 60 ml de Medicina, la seringue IV Luer Slip peut être utilisée avec n'importe quelle aiguille standard, à filtre ou de sécurité.



Tous les numéros de lot de seringues IV Luer Slip IVS60 sont rappelés.

Mesures à prendre

À tous ceux qui possèdent des seringues IV Luer Slip 60 ml de Medicina, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :

1. Contacter Medicina à l'aide des coordonnées ci-dessous et renvoyer le produit à Medicina. À défaut, Medicina prendra les dispositions pour le récupérer.

Contact

Carol Cole
Assurance qualité
Unit 2
Rivington View Business Park
Station Road
Blackrod
Bolton
BL6 5BN
Courriel : carol@medicina.co.uk

Tél. : +44 (0) 1204 695050

Fax : +44 (0) 1204 697755

Medicina confirme que le présent avis a été transmis à l'agence de régulation appropriée.

RETOURNER LE FORMULAIRE PAR FAX
Avis de rappel – Novembre 2014
Seringue IV Luer Slip IVS60 de Medicina

Veillez le retourner par fax à : Carol Cole, assurance qualité, et **Fax :** +44 (0) 1204 697755

Par la présente, nous certifions avoir reçu, lu et transmis cet avis de rappel de produit à toutes les personnes concernées au sein de notre société.

Hôpital/Dépôt :

Désignation :

Département :

Fonction :

Date :

Nom en majuscules.

Signature :