

<b>Produit</b>	JUVÉDERM ULTRA 4®
<b>Numéro de lot</b>	S30LA30262 – Nous sommes avertis que ce numéro de lot Allergan valide est utilisé illégalement sur un produit contrefait JUVÉDERM ULTRA 4®. Il peut y avoir d'autres lots concernés, veuillez donc examiner l'emballage extérieur pour vérifier les différences soulignées ci-dessous.
<b>Date de fabrication</b>	Apparaît sous cette forme sur le produit de contrefaçon : « 2014.04 »
<b>Date d'expiration</b>	Apparaît sous cette forme sur le produit de contrefaçon : « 2016.03 »
<b>Emballage extérieur</b>	<p>L'emballage extérieur est très similaire à celui du produit original Allergan JUVÉDERM ULTRA 4®. Pour autant, il existe plusieurs différences importantes illustrées dans les photos suivantes.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur un côté de l'emballage extérieur figure la mention : « Science of Erjuvenation » au lieu de « Science of Rejuvenation » (voir la galerie de photos 1 ci-dessous)</li> <li>2. La disposition du texte en arabe n'est pas correcte (voir la galerie de photos 2 ci-dessous)</li> <li>3. La police du mot ALLERGAN est incorrecte (voir la galerie de photos 3 ci-dessous)</li> </ol>

	Produit de contrefaçon	Produit original Allergan
<b>Galerie de photos 1</b>		
<b>Galerie de photos 2</b>		
<b>Galerie de photos 3</b>		