

Information Urgente de sécurité

Cathéter à ballonnet pour Angioplastie Transluminale Percutanée (ATP) Amphirion® Deep
Numéros de Modèles et de lots en annexe A

Rappel

Octobre 2015

Référence Medtronic: FA684

Cher correspondant de matériovigilance ou cher professionnel de santé,

Par la présente, nous souhaitons vous informer du rappel volontaire que Medtronic mène sur un nombre limité de cathéters à ballonnet pour Angioplastie Transluminale Percutanée Amphirion® Deep. Ce rappel est initié du fait du risque potentiel de brèche de l'emballage des produits des lots concernés. Une liste complète de l'ensemble des modèles et lots concernés par ce rappel est jointe en annexe A. D'après nos fichiers, vous avez reçu un ou plusieurs cathéters potentiellement concernés. Ce problème n'affecte pas les autres produits ou dispositifs implantables de Medtronic.

Il est important de noter que, à la date du 15 octobre 2015, Medtronic n'avait reçu aucune réclamation ni aucun rapport d'évènement indésirable lié à un emballage incorrectement scellé. Le risque de brèche dans l'emballage primaire a été découvert lors d'un test interne d'emballage, qui implique l'exposition de celui-ci à des conditions extrêmes.

Bien que nous n'ayons reçu aucune réclamation liée à ce problème, Medtronic prend la précaution de rappeler ces produits étant donné qu'une brèche dans l'emballage peut compromettre la stérilité du produit. **Les patients déjà traités avec un cathéter à ballonnet pour Angioplastie Transluminale Percutanée concerné par ce rappel doivent continuer à être suivis selon votre pratique habituelle.**

Nos fichiers indiquent que vous avez reçu un ou plusieurs cathéters potentiellement concernés. Medtronic vous demande de bien vouloir réaliser les actions suivantes :

- Retirer les dispositifs concernés du stock et les mettre immédiatement en quarantaine.
- Retourner les produits concernés à Medtronic. Votre représentant commercial vous assistera pour le retour des produits concernés et le déclenchement de l'avis correspondant.

Nous vous remercions de transmettre cette information au sein de votre établissement. Si vous avez transmis les dispositifs concernés à un autre établissement, merci de leur transmettre cette information et de les aider pour le retour des produits.

L'Autorité Compétente de votre pays a été informée de ce rappel.

N'hésitez pas à contacter votre représentant commercial Medtronic pour toute question complémentaire concernant cette communication. Medtronic s'engage à ce que ses produits répondent aux normes de qualité les plus élevées. Nous vous remercions pour votre aide dans la gestion de ce rappel et nous excusons par avance de la gêne occasionnée.

Bien cordialement,

Directeur de Division

Information Urgente de sécurité

Cathéter à ballonnet pour Angioplastie Transluminale Percutanée (ATP) Amphirion® Deep Annexe A: Numéros de Modèles et de lots concernés

Modèles concernés de cathéters à ballonnet pour Angioplastie Transluminale Percutanée (ATP) Amphirion® Deep:

AMD015020002	AMD020120152	AMD025150152	AMD030150152	AMD040120002	AMD335210002
AMD015020151	AMD020150002	AMD030040002	AMD035040152	AMD040120152	AMD335210152
AMD015020152	AMD020150152	AMD030040152	AMD035120002	AMD040150002	AMD354210002
AMD020040002	AMD025040152	AMD030080002	AMD035150002	AMD040150152	AMD354210152
AMD020040152	AMD025080152	AMD030080152	AMD035150152	AMD225210002	
AMD020080002	AMD025120002	AMD030120002	AMD040040152	AMD225210152	
AMD020080152	AMD025120152	AMD030120152	AMD040080002	AMD253210002	
AMD020120002	AMD025150002	AMD030150002	AMD040080152	AMD253210152	

Lots concernés de cathéters à ballonnet pour Angioplastie Transluminale Percutanée (ATP) Amphirion® Deep:

209406892	209436627	209471309	209532768	209551998	209633607	209664057	209759610	209760087
209406894	209436628	209471310	209532769	209553420	209633608	209664058	209759612	209760092
209425763	209470464	209471311	209532770	209553421	209633610	209722475	209759614	209793539
209425766	209470465	209471312	209532771	209553422	209633611	209722478	209759615	209794020
209425767	209470466	209471313	209532772	209553423	209633612	209722479	209759616	209794024
209425768	209470467	209471314	209532773	209553424	209633613	209722660	209759617	209821555
209425769	209470468	209471315	209532774	209553426	209633614	209722661	209759618	209821662
209425770	209470469	209507754	209532775	209553427	209633615	209722662	209759619	209821663
209425771	209470470	209507755	209532776	209553428	209633616	209722663	209760060	209821666
209425773	209470471	209507756	209532777	209553429	209633617	209722664	209760061	209821677
209425778	209470472	209507757	209532778	209601495	209633618	209722665	209760062	209855562
209425802	209470473	209507758	209532779	209601496	209633619	209722666	209760063	209855566
209425805	209470474	209509780	209532780	209601499	209633620	209722667	209760064	209882402
209425806	209470475	209509781	209532781	209601620	209633621	209722668	209760066	209882406
209425807	209470476	209509782	209532782	209601621	209633622	209722670	209760068	209900845
209436574	209470477	209509783	209532783	209601625	209633623	209722671	209760069	209900847
209436575	209470478	209509784	209532784	209601628	209633624	209722673	209760070	209900848
209436576	209470479	209509785	209532785	209601629	209633625	209722674	209760073	209900850
209436577	209471300	209509786	209532786	209601630	209633627	209722675	209760076	209900856
209436578	209471301	209530579	209532787	209601631	209633629	209722677	209760077	209900859
209436620	209471302	209532760	209532788	209601633	209664048	209722678	209760078	209917247
209436621	209471303	209532762	209532789	209633600	209664049	209722679	209760079	209917249
209436622	209471304	209532763	209532790	209633601	209664050	209722680	209760081	
209436623	209471305	209532764	209532791	209633602	209664051	209722681	209760082	
209436624	209471306	209532765	209551995	209633603	209664053	209722682	209760083	
209436625	209471307	209532766	209551996	209633604	209664055	209722683	209760084	
209436626	209471308	209532767	209551997	209633606	209664056	209722685	209760085	