

01/12/2015

INFORMATION DE SECURITE

Rappel de lot de test de grossesse POLIDIS

Référence	Numéro de lot	Date de péremption
4641730	W00140708	07/2016
	W00140803	08/2016

Madame, Monsieur,

Le Laboratoire POLIDIS souhaite vous informer d'une anomalie relative aux lots mentionnés ci-dessus.

ANOMALIE	Un problème a été détecté sur une des 7 machines d'impression.
CONSEQUENCE	Lors de la réalisation d'un test de grossesse il est possible que l'intensité de la ligne T soit faible. Ceci pourrait alors engendrer une suspicion de faux négatif.
MESURES	Ne pas utiliser le dispositif.
RESOLUTION	Remplacement de la pièce défectueuse de la machine.

Bien qu'à ce jour, aucune réclamation n'ait été enregistrée sur l'un de ces lots ; il a été décidé, en vertu du principe de précaution et conjointement avec l'ANSM, de procéder au rappel de ces lots.

L'ANSM a été informée de ce rappel de lot.


Dès réception de cet avis relatif à la sécurité, veuillez vérifier si vous êtes en possession de l'un des lots figurant sur cet avis et écarter immédiatement tout le stock correspondant.

Afin de nous permettre de vérifier la bonne réception de ce courrier nous vous remercions de nous renvoyer, sous 10 jours, le courrier réponse ci-joint après l'avoir complété.

Si toutefois, vous n'avez plus ces lots en stock, nous vous remercions de nous retourner, tout de même, ce courrier réponse afin de nous permettre de bien vérifier la bonne réception de ce courrier.

En vous priant d'accepter nos excuses pour les désagréments rencontrés, nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre produit.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre sincère considération.



Patrick PISA
Responsable Réactovigilance

Laboratoire POLIDIS
8 Rue des Goncourt
75011 PARIS

Laboratoire POLIDIS
8 Rue des Goncourt
75011 PARIS (France)
Tél. : +33 1 47 51 28 00 - Fax : +33 1 47 52 19 33
Siret 490 748 167 00015 - APE 514 N - Code NAF 4646Z

COURRIER REPONSE

Pouvez-vous retourner ce courrier à

Laboratoire POLIDIS
A l'attention de Patrick PISA
Fax numéro : 01.47.52.19.33
Mail : plp@polidis.fr

Rappel de lot de test de grossesse

Référence	Numéro de lot	Quantité écartée	Date de péremption

Merci de compléter les sections ci-après :

Nom et Cachet :

J'ai bien pris connaissance de la notification concernant ce rappel de lot.

Nom et Prénom : _____

Signature : _____

Titre : _____

Date : _____

Email : _____

01/12/2015

INFORMATION DE SECURITE**Rappel de lot de test de grossesse STERIPAN**

Référence	Numéro de lot	Date de péremption
4312414	W00140812	08/2016

Madame, Monsieur,

Le Laboratoire POLIDIS souhaite vous informer d'une anomalie relative au lot mentionné ci-dessus.

ANOMALIE	Un problème a été détecté sur une des 7 machines d'impression.
CONSEQUENCE	Lors de la réalisation d'un test de grossesse il est possible que l'intensité de la ligne T soit faible. Ceci pourrait alors engendrer une suspicion de faux négatif.
MESURES	Ne pas utiliser le dispositif.
RESOLUTION	Remplacement de la pièce défectueuse de la machine.

En tant que distributeur, veuillez-vous assurer que tous les clients qui ont reçu le lot indiqué sur cet avis soient avertis de cette information de sécurité.

Bien qu'à ce jour, aucune réclamation n'ait été enregistrée sur ce lot ; il a été décidé, en vertu du principe de précaution et conjointement avec l'ANSM, de procéder au rappel de ce lot.

L'ANSM a été informée de ce rappel de lot.

Dès réception de cet avis relatif à la sécurité, veuillez vérifier si vous êtes en possession du lot figurant sur cet avis et écarter immédiatement tout le stock correspondant.

Afin de nous permettre de vérifier la bonne réception de ce courrier nous vous remercions de nous renvoyer, sous 10 jours, le courrier réponse ci-joint après l'avoir complété.

Si toutefois, vous n'avez plus ce lot en stock, nous vous remercions de nous retourner, tout de même, ce courrier réponse afin de nous permettre de bien vérifier la bonne réception de ce courrier.

En vous priant d'accepter nos excuses pour les désagréments rencontrés, nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre produit.

Veillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre sincère considération.



Patrick PISA
Responsable Réactovigilance

Laboratoire POLIDIS
8 Rue des Goncourt
75011 PARIS

Laboratoire POLIDIS

8 Rue des Goncourt
75011 PARIS (France)

Tél. : +33 1 47 51 28 00 - Fax : +33 1 47 52 19 33
Siret 490 748 167 00015 - APE 514 N - Code NAF ~~4646Z~~

COURRIER REPONSE

Pouvez-vous retourner ce courrier à

Laboratoire POLIDIS
A l'attention de Patrick PISA
Fax numéro : 01.47.52.19.33
Mail : plp@polidis.fr

Rappel de lot de test de grossesse

Référence	Numéro de lot	Quantité écartée	Date de péremption

Merci de compléter les sections ci-après :

Nom et Cachet :

J'ai bien pris connaissance de la notification concernant ce rappel de lot.

Nom et Prénom : _____

Signature : _____

Titre : _____

Date : _____

Email : _____

01/12/2015

INFORMATION DE SECURITE**Rappel de lot de test de grossesse GIPHAR**

Référence	Numéro de lot	Date de péremption
7893219	W00140805	08/2016

Madame, Monsieur,

Le Laboratoire POLIDIS souhaite vous informer d'une anomalie relative au lot mentionné ci-dessus.

ANOMALIE	Un problème a été détecté sur une des 7 machines d'impression.
CONSEQUENCE	Lors de la réalisation d'un test de grossesse il est possible que l'intensité de la ligne T soit faible. Ceci pourrait alors engendrer une suspicion de faux négatif.
MESURES	Ne pas utiliser le dispositif.
RESOLUTION	Remplacement de la pièce défectueuse de la machine.

En tant que distributeur, veuillez-vous assurer que tous les clients qui ont reçu le lot indiqué sur cet avis soient avertis de cette information de sécurité.

Bien qu'à ce jour, une seule réclamation a été enregistrée sur ce lot ; il a été décidé, en vertu du principe de précaution et conjointement avec l'ANSM, de procéder au rappel de ce lot.

L'ANSM a été informée de ce rappel de lot.


Dès réception de cet avis relatif à la sécurité, veuillez vérifier si vous êtes en possession du lot figurant sur cet avis et écarter immédiatement tout le stock correspondant.

Afin de nous permettre de vérifier la bonne réception de ce courrier nous vous remercions de nous renvoyer, sous 10 jours, le courrier réponse ci-joint après l'avoir complété.

Si toutefois, vous n'avez plus ce lot en stock, nous vous remercions de nous retourner, tout de même, ce courrier réponse afin de nous permettre de bien vérifier la bonne réception de ce courrier.

En vous priant d'accepter nos excuses pour les désagréments rencontrés, nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre produit.

Veillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre sincère considération.



Patrick PISA
Responsable Réactovigilance

Laboratoire POLIDIS
8 Rue des Goncourt
75011 PARIS

Laboratoire POLIDIS

8 Rue des Goncourt
75011 PARIS (France)

Tél. : +33 1 47 51 28 00 - Fax : +33 1 47 52 19 33
Siret 490 748 167 00015 - APE 514 N - Code NAF 4646Z

COURRIER REPONSE

Pouvez-vous retourner ce courrier à

Laboratoire POLIDIS
A l'attention de Patrick PISA
Fax numéro : 01.47.52.19.33
Mail : plp@polidis.fr

Rappel de lot de test de grossesse

Référence	Numéro de lot	Quantité écartée	Date de péremption

Merci de compléter les sections ci-après :

Nom et Cachet :

J'ai bien pris connaissance de la notification concernant ce rappel de lot.

Nom et Prénom : _____

Signature : _____

Titre : _____

Date : _____

Email : _____

01/12/2015

INFORMATION DE SECURITE**Rappel de lot de test de grossesse MEDICELS**

Référence	Numéro de lot	Date de péremption
5270045	W00140503	05/2016
	W00140804	08/2016

Madame, Monsieur,

Le Laboratoire POLIDIS souhaite vous informer d'une anomalie relative aux lots mentionnés ci-dessus.

ANOMALIE	Un problème a été détecté sur une des 7 machines d'impression.
CONSEQUENCE	Lors de la réalisation d'un test de grossesse il est possible que l'intensité de la ligne T soit faible. Ceci pourrait alors engendrer une suspicion de faux négatif.
MESURES	Ne pas utiliser le dispositif.
RESOLUTION	Remplacement de la pièce défectueuse de la machine.

En tant que distributeur, veuillez-vous assurer que tous les clients qui ont reçu les lots indiqués sur cet avis soient avertis de cette information de sécurité.

Bien qu'à ce jour, aucune réclamation n'ait été enregistrée sur l'un de ces lots ; il a été décidé, en vertu du principe de précaution et conjointement avec l'ANSM, de procéder au rappel de ces lots.

L'ANSM a été informée de ce rappel de lot.


Dès réception de cet avis relatif à la sécurité, veuillez vérifier si vous êtes en possession de l'un des lots figurant sur cet avis et écarter immédiatement tout le stock correspondant.

Afin de nous permettre de vérifier la bonne réception de ce courrier nous vous remercions de nous renvoyer, sous 10 jours, le courrier réponse ci-joint après l'avoir complété.

Si toutefois, vous n'avez plus ces lots en stock, nous vous remercions de nous retourner, tout de même, ce courrier réponse afin de nous permettre de bien vérifier la bonne réception de ce courrier.

En vous priant d'accepter nos excuses pour les désagréments rencontrés, nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre produit.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre sincère considération.



Patrick PISA
Responsable Réactovigilance

Laboratoire POLIDIS
8 Rue des Goncourt
75011 PARIS

Laboratoire POLIDIS
8 Rue des Goncourt
75011 PARIS (France)

Tél. : +33 1 47 51 28 00 - Fax : +33 1 47 52 19 33
Siret 490 748 167 00015 - APE 514 N - Code NAF 4640Z

COURRIER REPONSE

Pouvez-vous retourner ce courrier à

Laboratoire POLIDIS
A l'attention de Patrick PISA
Fax numéro : 01.47.52.19.33
Mail : plp@polidis.fr

Rappel de lot de test de grossesse

Référence	Numéro de lot	Quantité écartée	Date de péremption

Merci de compléter les sections ci-après :

Nom et Cachet :

J'ai bien pris connaissance de la notification concernant ce rappel de lot.

Nom et Prénom : _____

Signature : _____

Titre : _____

Date : _____

Email : _____