

Paris, le 23 décembre 2015

OBJET : *Action corrective – rappel de lots*
 Sur solution verrou Citra-Lock seringues 4%

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que notre fournisseur Dirinco a décidé d'effectuer un rappel de lots sur certaines seringues de solution verrou Citra-Lock 4% produites entre Janvier et Décembre 2015.

La cause de ce rappel est la suspicion de la présence d'une substance étrangère non identifiée dans le produit. Bien que le fabricant apporte toute son attention au processus de stérilité au cours de la production et qu'il semble que l'on puisse exclure toute contamination environnementale, il s'agit d'une action corrective préventive afin d'éviter tout risque d'effet secondaire indésirable pour les patients.

Vous voudrez bien trouver ci-joint la liste des références ainsi que les numéros de lots concernés.

Nous vous invitons à vérifier vos stocks, mettre en quarantaine les lots concernés et nous faire part du nombre d'unités encore présents dans votre stock. Nous procéderons à l'échange des produits dès que cela sera possible.

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous excusons d'avance pour la gêne occasionnée.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos salutations les meilleures.

Olivier FOURCADE
Directeur Division Usage Unique

LISTE DES LOTS CONCERNES PAR CE RAPPEL

REF	LOTS N°
CITRA-LOCK S4 TP	1504195
CITRA-LOCK S4 TP	1505377
CITRA-LOCK S4 TP	1508168