

Annexe A

IMPORTANT : AVIS DE SECURITE

NucliSENS® easyMAG®

Anomalie de performance

A RETOURNER AU CENTRE DE RELATION CLIENT

FAX : 04 78 87 20 91 OU PAR EMAIL atreia@biomerieux.com

RAISON SOCIALE / TAMPON DU LABORATOIRE :

CP - VILLE :

Téléphone :

Code Client :

N° de Notification :

- **J'accuse réception du courrier bioMérieux m'informant de l'anomalie de performance sur le produit Silice Magnétique MagSIL (Réf 280133) utilisé avec NucliSENS easyMAG, j'ai suivi les instructions et je mets en œuvre les actions décrites dans ce courrier.**

- **Avez-vous été informé d'une erreur de diagnostic liée aux anomalies identifiées dans ce courrier ?** Non Oui

Nom du signataire : **Date :**

Signature :

FSCA 3037