

## PROCESS FOR PRF

49 Rue Gioffredo 06000 Nice

Tél : 04.93.85.58.90 Fax : 09.57.333.256

[info@a-prf.com](mailto:info@a-prf.com)

Nice, le 28 Novembre 2016

## Décision de retrait

### A l'attention des clients de la Société Process for PRF


#### Détail du produit : Tubes i-PRF 10mL fabriqués par la société ALL YOUNG

Chers Clients,

Nous vous informons de la décision de retrait des tubes i-PRF fabriqués par la société **ALL YOUNG** (*uniquement les tubes i-PRF fabriqués par cette société*) dont vous trouverez ci-dessous les références de LOT et l'étiquette permettant d'identifier le produit .

- **LOT** : IP 1506 - 0001
- **LOT** : IP 0116 - 0004
- **LOT** : IP 0416 - 0005

**Ces 3 numéros de LOT UNIQUEMENT**




- **Motif du retrait** : Le Certificat CE de la société **ALL YOUNG** n'est pas valide. Nous en avons été informés par l'ANSM en date du 10 Novembre 2016.
- **Informations sanitaires** : A ce jour, il n'a pas été identifié de risque pour le patient, ni d'effets secondaires.
- **Décision de retrait** : Les tubes i-PRF en votre possession ne peuvent plus être utilisés et doivent être détruits.

Nous sommes conscients du désagrément causé et nous vous présentons nos excuses les plus sincères. Les tubes détruits seront remplacés immédiatement par des tubes conformes à la législation.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

**M<sup>me</sup> PERUS Colette**  
**Gérante**  
**Société Process for PRF**  
**04.93.85.58.90**



## PROCESS FOR PRF

49 rue Gioffredo  
06000 Nice  
Tel : 04.93.85.58.90  
Mail : info@a-prf.com



### RETRAIT DE PRODUIT

Merci de bien vouloir compléter ce formulaire et nous le retourner par fax au numéro :  
**09.57.333.256** ou par mail à l'adresse : **info@a-prf.com**

Nous avons vérifié la présence en stock au sein de notre établissement du produit concerné :  
**Tubes i-PRF 10mL ( fabriqués par All young )**

Nous n'avons plus ce produit dans notre stock

Nous avons encore ce produit dans notre stock

Numéro de Lot	Quantité de tubes
IP1506 – 0001	
IP0116 – 0004	
IP0416 – 0005	

**Ces tubes ont bien été détruits en date du : .... /.... /.....**

**Remplacement :** Ces tubes vous seront remplacés gratuitement dès réception de ce document.

**Société :** .....

**Nom :** ..... **Fonction :** .....

**Adresse :** .....

**Ville :** ..... **Code postal :** .....

**Téléphone :** ..... **E-mail :** .....

*J'ai bien pris connaissance et compris la lettre d'information*

Signature :

Cachet de l'établissement :