



ALERTE N° : RET-20180104

Date : 04/01/2018

**URGENT : Retrait de lots volontaire du produit :**

**Sorbact Pansement hydrogel 7.5cmx7.5cm 15g bte 10 REF 98138**

**EN ACCORD AVEC L'ANSM, LE LABORATOIRE INRESA PROCEDE AU  
RETRAIT DES PRODUITS SUIVANTS :**

- *Sorbact Pansement hydrogel 7.5cmx7.5cm 15g bte 10 REF 98138*
- *Code EAN 13 : 3401564525942*
- *Code ACL 7 : 6452594*
- *Lots : 7333 ; 7334*
- *Exp : 31/07/2020*

**Motif du retrait :** Une erreur d'impression sur des packaging secondaires (boîtes) du lot 7334 a été détectée. Des boites du lot 7334 ont été imprimées à tort comme appartenant au lot 7333. Les packagings primaires (blisters) ne sont pas affectés. Aucun risque patient n'est identifié. Le rappel de lot est mis en œuvre par mesure de précaution et limité aux établissements de santé et grossistes répartiteurs ayant reçu des produits du lot 7334.

**Niveau de rappel :** Etablissements de santé et grossistes répartiteurs ayant reçu des produits du lot 7334.

**Actions à mettre en place :** Nous vous avons identifié comme destinataire des produits concernés. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier vos stocks et de mettre les produits concernés, c'est-à-dire les boites des lots 7333 et 7334, en quarantaine afin qu'ils ne soient plus utilisés.

Merci d'accuser réception de ce message d'alerte en retournant ce document complété à INRESA par fax au 03.89.70.78.65 y compris si vous ne possédez plus aucun produit concerné par ce rappel. Nous vous contacterons pour organiser le retour des unités en votre possession. Dès le retour des produits dans notre dépôt, l'avoir correspondant vous sera adressé.

Etablissement	Quantité en stock	Coordonnées de la personne à contacter pour le retour

Conscient des désagréments occasionnés par ce retrait nous restons à votre disposition pour toute question au 03.89.70.76.60 et vous prions de croire, Cher Confrère, en l'assurance de nos meilleures salutations.

Thierry Gillard  
Pharmacien Responsable