

Nom  
**Division**  
Entité

Laurent SAMSON  
**Medical Solutions**  
Diagnostics

Siemens Medical Solutions Diagnostics  
15 av du gros chêne  
95613 ERAGNY

---

Téléphone  
Fax  
email

+33 (1) 55 66 86 00  
+33 (1) 55 66 86 66  
laurent.

**A l'attention des  
Directeurs des Etablissements de santé,  
Correspondants locaux de réactovigilance et  
Responsables de laboratoire**

V/réf.  
N/réf.  
Date

UFSN 2002 181207  
19 décembre 2007

—  
**Objet : Rappel du lot 105L LKPEP1, C-peptide IMMULITE one**

Cher Client,

Suite à des investigations menées par notre contrôle de qualité, après libération du lot, notre maison mère a observé pour le lot du coffret de dosage C-peptide LKPEP1105L une tendance à une augmentation des pentes d'ajustement associée à une dérive positive des résultats. Lorsque les ajustements et les contrôles ont été trouvés dans les intervalles de confiance attendus, tous les résultats sont valides et peuvent être rapportés.

Cependant, par mesure préventive, notre maison mère a décidé de procéder immédiatement au rappel du lot C-peptide Immulite one LKPEP1, 105L avant sa date d'expiration fixée à février 2008.

En accord avec l'AFSSAPS, nous vous remercions de vérifier l'état de votre stock et de détruire les coffrets restants du lot 105L et de compléter le document ci-joint qu'il faut nous retourner par fax (N° 01.34.40.77.09) signé, afin qu'un échange de lot puisse être envisagé.

Le remplacement de lot se fera avec le lot 106 ou supérieur dont la période d'utilisation a été limitée à 6 mois. Cette réduction de la période d'utilisation est provisoire et sera restaurée à 12 mois dès que la cause d'instabilité aura été identifiée et que des actions correctives auront été mises en place.

Nous nous excusons pour les inconvénients occasionnés et nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Nous vous prions de croire à l'expression de nos meilleures salutations.

Laurent SAMSON  
Responsable Groupe Immunoanalyses

Sylvie LEGLEDIC  
Responsable Assurance Qualité  
Affaires règlementaires

**Formulaire de rappel du lot 105L**  
**C-peptide IMMULITE one (LKPEP1 105L)**

Je soussigné :

**Nom** : .....

**Nom et adresse du laboratoire** : .....

.....

.....

.....

.....

**Tel** : ..... **Fax** : .....

Déclare

- **Avoir pris connaissance de la lettre adressée par la société Siemens Medical Solutions Diagnostics- m'informant du retrait du lot 105L du coffret Immulite one C-peptide référence LKPEP1.**
- **Retourner à Siemens Medical Solutions Diagnostics la présente, pour recevoir en échange le nombre de coffrets correspondant au lot incriminé reçus par le laboratoire et non encore utilisés.**

**Nombre de coffrets du lot 105L en stock au laboratoire** : \_\_\_\_\_

**Date** : \_\_\_\_\_

**Cachet du laboratoire** : \_\_\_\_\_

**Signature du biologiste** : \_\_\_\_\_

A renvoyer par fax au service marketing  
01.34.40.77.09

Reçu par Siemens Diagnostics le: