

Objet : Rappel de lot préventif : TRANSFUSEND ref VH-220-EGA lot H24746

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Par précaution et en accord avec l'AFSSAPS, la Société SENDAL[®] France procède au rappel volontaire de transfuseurs TRANSFUSEND référence VH-220-EGA lot H24746. Ce rappel de lot isolé concerne uniquement 3 000 unités distribuées en France.

La raison de ce rappel est **uniquement** liée à une **erreur d'étiquetage** concernant le numéro de marquage CE de ces dispositifs.

Ces dispositifs ne présentent **aucun défaut de qualité ni de stérilisation** et leur éventuelle utilisation ne présente **aucun risque** pour la sécurité des patients.

Nous vous demandons de bien vouloir, à réception de ce courrier, isoler les produits concernés par ce rappel et de contacter notre service commercial afin d'organiser l'échange et la reprise des produits concernés présents dans votre établissement.

Nous regrettons les désagréments engendrés par ce rappel et vous remercions de votre compréhension et coopération.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations les plus distinguées.

Cédric BLAISE
Directeur
SENDAL[®] France