

Rungis, le 21 décembre 2006

A transmettre aux Directeurs des Etablissements de Santé,
des Responsables de Laboratoire et des Correspondants locaux de
Réactovigilance

RAPPEL DE LOTS

**ARCHITECT c8000
MULTIGENT Benzodiazépines
Référence : 3L39-20
Numéro(s) de lot : 37691M100, 42456M200**

Madame, Monsieur,

Suite à des réclamations clients, nous avons mis en évidence une instabilité de la calibration avec les lots 37691M100 et 42456M200 du dosage MULTIGENT Benzodiazépines. Les résultats patients rendus avec une calibration valide et des contrôles acceptables ne sont pas impactés.

Par conséquent, en accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), **nous vous demandons de cesser d'utiliser, et de détruire tout coffret de réactif MULTIGENT Benzodiazépines lots 37691M100 et 42456M200** qui serait en votre possession.

La distribution du réactif est suspendue le temps des investigations. Nous vous tiendrons informés dès que possible de leur prochaine disponibilité.

Notre ingénieur commercial vous contactera pour vous proposer une solution alternative.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Géraldine MORIN
Assistante Assurance Qualité

FA 14DEC2006