



GE Healthcare

9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
États-Unis

<Date de diffusion de la lettre>

À l'attention des :

Administrateurs d'hôpital / gestionnaires des risques
Chefs de service de radiologie
Radiologues
Correspondant local de matériovigilance

Objet : mise à jour de la période de déploiement de l'action corrective de sécurité relative à la chauffe du tunnel du patient, au niveau de l'antenne du système de RM. Réf. GEHC n° 60913

Ce courrier vise à informer les utilisateurs concernés d'une mise à jour de la période de déploiement de l'action corrective de sécurité GE Healthcare, réf. n° 60913, « Chauffe du tunnel du patient, au niveau de l'antenne du système de RM ». GE Healthcare commencera à déployer la correction en mai 2018. Une copie de la lettre de notification initiale figure en pièce jointe.

GE Healthcare s'engage à corriger gratuitement tous les produits concernés. Un représentant GE Healthcare vous contactera pour convenir d'un rendez-vous pour cette correction une fois qu'elle sera vérifiée et validée pour la base installée. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée par cette action. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre soutien continu.

Veuillez-vous assurer que tous les utilisateurs potentiels et les responsables dans votre établissement sont avertis de cette notification.

Cordialement,

James W. Dennison
Vice-président - Qualité et réglementation
GE Healthcare

Jeff Hersh, PhD MD
Responsable médical en chef – Sécurité médicale
GE Healthcare