

«centre»

Attn. : «civilité2» «Nom_Correspondant»

«Titre2»

«adresse1»

«adresse2»

«cp» «ville»

PH/PT/DF/2005-473a

23 novembre 2005

Objet : SET PRISMA utilisé dans les thérapies extra-rénales continues

«civilité2»,

Suite à des cas de fuite rapportés en matériovigilance, vous trouverez ci joint le courrier de notre fabricant GAMBRO INDUSTRIES concernant un rappel volontaire de lots et une mise en garde lors de l'utilisation du set Prisma au moment de son déchargement du moniteur Prisma.

Votre établissement est concerné par ce rappel de lot(s).

En effet, nous vous confirmons que, d'après notre système de traçabilité, nous vous avons envoyé en date du :

- «date_dexpedition», «quantité_livrée» sets «référence», lot «n_lot»

Nous vous prions de bien vouloir vérifier votre stock et de nous informer, avant le 18 novembre 2005, du résultat de cette vérification afin de procéder à un éventuel échange.

D'autre part, nous vous prions de bien vouloir diffuser auprès du(des) service(s) de réanimation de votre établissement, utilisateur du moniteur Prisma, la mise en garde avec les instructions de mise en oeuvre du set Prisma.

Enfin, nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer dûment rempli l'accusé de réception ci-joint.

Dans cette attente, nous restons à votre écoute pour toute demande de renseignement complémentaire et nous vous adressons, «civilité2», nos meilleures salutations.

Philippe HERBRETEAU
Responsable Assurance Qualité
Set PRISMA

Pascale TASSINARI
Pharmacien Responsable

*P.J. : - courrier Gambro Industries
- accusé de réception*